


光路の切換



通常観察時(双眼部での肉眼による観察)には、
光路切換つまみを押し込んでおきます。

カメラなどの撮影機器を取り付ける



撮影用直筒に取り付けた撮影機器(カメラなど)
に顕微鏡像を送る場合は、光路切換つまみを
いっぱいまで引き出します。

WRAYMER

株式会社レイマー

〒541-0052 大阪府中央区安土町 1-8-15 野村不動産大阪ビル 6F

TEL : 06-6155-8230 FAX : 06-6155-8450

E-mail : arch@wraymer.com

Online Shop : <http://www.wraymer.com>